



ペリージョンソン ラボラトリー アクレディテーション インク

認 定 証

ペリージョンソン ラボラトリー アクレディテーション インクは、
下記の試験所を審査しました。

株式会社ヒューマネティクス・イノベーティブ・ ソリューションズ・ジャパン 名古屋テクニカルセンター

〒452-0908 愛知県清須市寺野元町 93

ここに本組織が、以下の認知された国際規格に基づき、認定されたことを証します。

ISO/IEC 17025:2017

本認定により、以下の範囲及び試験所品質マネジメントシステムの運営における技術的能力を
実証するものとします。(2017年4月発行 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケに準ずる)

機械的試験 (詳細は付属書に記述)

上記試験及び／又は校正サービスに対する認定資格は本認定証内で言及された住所のみを対象とする。本認定は、
上記規格の認定を管理するシステム規定に従い授与され、組織はその規定を遵守し、認定機関の任務を尊重する
ことをここに誓約する。

PJLA

トレーシー サーツェン
プレジデント

Perry Johnson Laboratory
Accreditation, Inc. (PJLA)
755 W. Big Beaver Rd., Suite 1325
Troy, Michigan 48084

初回認定日
2022年1月17日

改訂日
2025年2月7日

発行日
2024年3月18日

認定番号
94011

認定証有効期限
2026年3月31日

認定証番号
L24-204-R1

この認定証の有効性は、持続された認定に基づく継続審査を通して維持されています。
PJLA ウェブサイト (www.pjllabs.com) でご確認ください。

尚、本認定証は日本語翻訳版であり、英文の認定証を正式のものとする。



認定証付属書

株式会社ヒューマネティクス・イノベティブ・
ソリューションズ・ジャパン
名古屋テクニカルセンター
〒452-0908 愛知県清須市寺野元町 93
岩村 卓哉 Tel: 052-401-7501

本認定を、上記組織の実施する下記試験について授与する。

試験分野	試験・測定対象 (品目、材料、製品)	試験の内容または 測定する属性	適用された仕様、基準 または手法	範囲および 検出限界
機械的 試験 ¹⁾	Anthropomorphic Test Devices ATD (Impactorを含む)	Head Drop Test Stand (TS-1)	49 CFR 上記関連文書を含む(上記に限 定せず)に基づく 「頭部落下試験の手順(TS-1) CL-PR-10039N(J)」 加速度計 Data Acquisition System (DAS)	Resultant Acceleration (g) 0 to 300 Lateral Acceleration (g) -20 to 20 Unimodal Oscillation (%) 0 to 17 Temperature (°C) 18 to 26 Humidity (%) 10 to 70
		Neck Pendulum Test Stand (TS-2)	49 CFR 上記関連文書を含む(上記に限 定せず)に基づく 「頸部、腰椎振り子衝撃試験の 手順(TS-2)CL-PR-10040N(J)」 加速度計 角度計 荷重計 角速度計 Data Acquisition System (DAS)	Velocity (m/s) 2.40 to 7.77 Acceleration (g) 0 to 30.0 Rotation (deg) 27.0 to 114.0 Force (N) 774.0 to 3210.0 Angular Velocity (deg/s) 1226.0 to 2267.0 Temperature (°C) 18 to 26 Humidity (%) 10 to 70
		Knee Impact Test Stand (TS-3)	49 CFR 上記関連文書を含む(上記に限 定せず)に基づく 「膝衝撃、剪断試験の手順(TS- 3)CL-PR-10041N(J)」 加速度計 Data Acquisition System (DAS)	Velocity (m/s) 2.0 to 3.0 Force (N) 2.0 to 7.3 Temperature (°C) 18 to 26 Humidity (%) 10 to 70



認定証付属書

株式会社ヒューマネティクス・イノベティブ・
ソリューションズ・ジャパン
名古屋テクニカルセンター
〒452-0908 愛知県清須市寺野元町 93
岩村 卓哉 Tel: 052-401-7501

本認定を、上記組織の実施する下記試験について授与する。

試験分野	試験・測定対象 (品目、材料、製品)	試験の内容または 測定する属性	適用された仕様、基準 または手法	範囲および 検出限界
機械的 試験 ¹⁾	Anthropomorphic Test Devices ATD (Impactorを含む)	Knee Slider Test Stand (TS-3)	SAE J2856 上記関連文書を含む(上記に限 定せず)に基づく 「膝衝撃、剪断試験の手順(TS- 3)CL-PR-10041N(J)」 荷重計 変位計 Data Acquisition System (DAS)	Velocity (m/s) 1.1 to 3.0 Displacement (mm) 9.3 to 22.2 Force (kN) 1.2 to 10.0 Unimodal Oscillation (%) 0 to 10 Temperature (°C) 18 to 26 Humidity (%) 10 to 70
		Thorax Impact Test Stand (TS-4)	49 CFR 上記関連文書を含む(上記に限 定せず)に基づく 「胸部衝撃試験の手順(TS- 4)CL-PR-10042N(J)」、 「胸部衝撃試験-体格、CG 測 定の手順(TS-4)CL-PR- 10064N(J)」 加速度計 変位計 荷重計 角度計 Measurement Stand CG Measurement Stand 直尺 巻尺 曲尺 秤 水準器 Data Acquisition System (DAS)	Velocity (m/s) 1.50 to 6.83 Displacement (mm) 0 to 91.3 Hysteresis (%) 0 to 85 Acceleration (g) 7.5 to 152 Force (kN) 0.65 to 11.1 Moment (Nm) -23.5 to 17.8 Rotation (deg) -41.0 to 15.1 Measurement (mm) 17.8 to 1155.7 CG Measurement (mm) 87.0 to 212.0 Weight (kg) 0.0 to 31.0 Temperature (°C) 18 to 26 Humidity (%) 10 to 70



認定証付属書

株式会社ヒューマネティクス・イノベティブ・
ソリューションズ・ジャパン
名古屋テクニカルセンター
〒452-0908 愛知県清須市寺野元町 93
岩村 卓哉 Tel: 052-401-7501

本認定を、上記組織の実施する下記試験について授与する。

試験分野	試験・測定対象 (品目、材料、製品)	試験の内容または 測定する属性	適用された仕様、基準 または手法	範囲および 検出限界
機械的 試験 ¹⁾	Anthropomorphic Test Devices ATD (Impactorを含む)	Torso Flexion Test Stand (TS-5)	49 CFR 上記関連文書を含む(上記に限 定せず)に基づく 「Torso Flexion 試験手順(TS- 5)CL-PR-10043N(J)」 荷重計 角度計 Data Acquisition System (DAS)	Velocity (°/s) 0.5 to 1.5 Force (N) 90 to 550 Angle (°) 0 to 50 Temperature (°C) 18.9 to 25.6 Humidity (%) 10 to 70
		Hip Calibration Test Stand (TS-6)	49 CFR 上記関連文書を含む(上記に限 定せず)に基づく 「H-ROM 試験手順(TS-6) CL-PR-10044N(J)」 荷重計 角度計 Data Acquisition System (DAS)	Velocity (°/s) 5.0 to 10.0 Angle (°) 0 to 50 Torque (Nm) 0 to 203 Temperature (°C) 18 to 26 Humidity (%) 10 to 70
		EuroSID Thorax Certification Test Stand (TS-7)	49 CFR 上記関連文書を含む(上記に限 定せず)に基づく 「EuroSID Thorax 試験手順 (TS-7)CL-PR-10045N(J)」 変位計 Data Acquisition System (DAS)	Displacement (mm) 23.5 to 51.0 Temperature (°C) 18 to 26 Humidity (%) 10 to 70
		Q-Dummy Abdominal Compression Stand (TS-8)	UN R129 上記関連文書を含む(上記に限 定せず)に基づく 「Q-Dummy 腹部圧迫試験の手 順(TS-8)CL-PR-0046N(J)」 ダイヤルゲージ	Deformation (mm) 6.0 to 17.0 Temperature (°C) 18 to 26 Humidity (%) 10 to 70



認定証付属書

株式会社ヒューマネティクス・イノベティブ・
ソリューションズ・ジャパン
名古屋テクニカルセンター
〒452-0908 愛知県清須市寺野元町 93
岩村 卓哉 Tel: 052-401-7501

本認定を、上記組織の実施する下記試験について授与する。

試験分野	試験・測定対象 (品目、材料、製品)	試験の内容または 測定する属性	適用された仕様、基準 または手法	範囲および 検出限界
機械的 試験 ^F	Anthropomorphic Test Devices ATD (Impactorを含む)	Foot Impact Test Stand (TS-9)	UN R94 上記関連文書を含む(上記に限 定せず)に基づく 「Foot 衝撃試験の試験手順 (TS-9)CL-PR-10047N(J)」 加速度計 荷重計 角度計 Data Acquisition System (DAS)	Velocity (m/s) 1.9 to 6.8 Force (kN) 0.4 to 3.8 Moment (Nm) 35..2 to 145.0 Acceleration (g) 245.0 to 345.0 Rotation (deg) 26.6 to 37.9 Temperature (°C) 18 to 26 Humidity (%) 10 to 70
		FLEX ZERT Pendulum Test Stand (TS-10)	UN R127 上記関連文書を含む(上記に限 定せず)に基づく 「FLEX ZERT 振り子、Inverse 試験の手順(TS-10)CL-PR- 10048N(J)」 加速度計 荷重計 変位計 Data Acquisition System (DAS)	Moment (Nm) 90.0 to 272.0 Displacement (mm) 0 to 24.0 Temperature (°C) 18 to 26 Humidity (%) 10 to 70
		FLEX ZERT Inverse Test Stand (TS-10)	UN R127 上記関連文書を含む(上記に限 定せず)に基づく 「FLEX ZERT 振り子、Inverse 試験の手順(TS-10)CL-PR- 10048N(J)」 加速度計 荷重計 変位計 Data Acquisition System (DAS)	Velocity (m/s) 10.9 to 11.3 Moment (Nm) 63.0 to 334.0 Displacement (mm) 0 to 21.0 Temperature (°C) 18 to 26 Humidity (%) 10 to 70



認定証付属書

株式会社ヒューマネティクス・イノベティブ・
ソリューションズ・ジャパン
名古屋テクニカルセンター
〒452-0908 愛知県清須市寺野元町 93
岩村 卓哉 Tel: 052-401-7501

本認定を、上記組織の実施する下記試験について授与する。

試験分野	試験・測定対象 (品目、材料、製品)	試験の内容または 測定する属性	適用された仕様、基準 または手法	範囲および 検出限界
機械的 試験 ^F	Anthropomorphic Test Devices ATD (Impactor を含む)	FLEX STATIC Test Stand (TS-11)	UN R127 上記関連文書を含む(上記に 限定せず)に基づく 「FLEX STATIC 試験の手順 (TS-11)CL-PR-10054N(J)」 FLEX 静的曲げ試験機 STRAIN/BRIDGE Input Module Linear Potentiometer Load Cell Rotary Potentiometer String Potentiometer Strain Gauge	Load Cell (N) 0 to 5000 Moment (Nm) 0 to 500 Linear Potentiometer (mm) 0 to 30 Strain Gauge (mV/V) 0 to 15 String Potentiometer (mm) 0 to 50 Rotary Potentiometer (deg) 0 to 30 Temperature (°C) 18 to 24 Humidity (%RH) 10 to 70

1. 上付き文字“F”は、試験所がその恒久的施設において、示されたパラメータの試験を実施することを意味している。
(例：“Outside Micrometer^F”は、試験所が固定された位置でこの試験を行うことを明確にしている。)